C.O.I.

COMPAGNIA OTTICA ITALIANA srl

Via Paganini, 10 - 20131 MILANO
tel. (++39) 02 29526650/1
E-Mail info@coivision.com

SCHEDA TECNICA

OCCHIALE DI FRENZEL

ARTICOLO 62.045.501

	Dispositivo per la rilevazione della reazione patologica del nistagmo. Lenti fisse, biconvesse, +/- 18 diottrie. Il prodotto è realizzato con prodotti resistenti alla corrosione e alle condizioni ambientali previsto per il normale utilizzo. Gli occhiali nistagmo devono essere collegati solo con generatori di tensione inferiore ai 4,2 V. secondo le norme di sicurezza vigenti. Completo di trasformatore/alimentatore 230V/50Hz - 6,6W Prodotto in Germania.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La sottoscritta

C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico & Spirella -
Via Paganini, 10 – 20131 Milano

dichiara che il prodotto: **OCCHIALE DI FRENZEL - codice articolo 62.045.501** è conforme

al **Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)** concernente i dispositivi medici di **Classe I** e successive modifiche.

CND: Z12120112/ Z120402