C.O.I.
COMPAGNIA OTTICA ITALIANA srl
Via Paganini, 10 - 20131 MILANO
tel. (++39) 02 29526650/1
E-Mail: info@coivison.com

STEREO TEST
63.001 00/63.002.00/63.003

SCHEDA TECNICA

Realizzato nel rispetto delle norme generali del Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR)

Gli stereo test forniscono un facile controllo della percezione di profondità stereoscopica ad ogni età. Lo scopo è di misurare quanto minutamente i due occhi possano discernere le differenze di distanza degli oggetti da chi osserva.
Altri fattori determinanti la profondità quali la dimensione, la sovrapposizione, la prospettiva, ecc. devono essere esclusi per dimostrare l'integrità del meccanismo di fusione.

Rientra nella classificazione dei dispositivi non invasivi di classe1 - **regolamento (UE) 2017/745 (MDR**) - in quanto il suo utilizzo non prevede nessun contatto con la cornea, o altre parti dell'occhio.

Modelli disponibili:

63.001.00	**MOSCA DI TITMUS** mosca per stereopsi (da 355 a 700 sec.), cerchi per percezione della profondità (da 800 a 40 sec) e animaletti per bambini (da 400 a 100")
63.002.00	**FARFALLA STEREO TEST** 3 livelli di profondità - test della farfalla a 2000, 1150 e 700 sec. - cerchi da 800 a 40 sec. - animaletti da 400 a 100 sec.
63.003.00	**RANDOT STEREO TEST** disegni geometrici a punti casuali a 250 e 500 sec. di arco a 40 cm.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

La sottoscritta C.O.I. srl- COMPAGNIA OTTICA ITALIANA di Ticozzelli Tico & Spirella - Via Paganini, 10 – 20131 Milano
Dichiara che il prodotto che l'STEREO TEST, precedentemente elencato per e specifica, è conforme al:

REGOLAMENTO DISPOSITIVI MEDICI (UE) 2017/745 (MDR)
UNI EN ISO 8596/1996 – UNI EN ISO 8597/199

CND: Z1212012099

aggiornato al 05.2021